

İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ


Teknik Şartnameler


1-) Organ Nakli Kabı (Isı İzolasyonlu Kabı) Teknik Şartnamesi


1. Organ nakil ve taşıma kabı özelliğine uygun üretilmiş olmalıdır.
2. Boş ağırlığı maksimum 3 kg olmalıdır.
3. Dış ve iç yüzeyin hammaddesi insan sağlığına uygun olan polipropilen PU izole olmalıdır.
4. Saatte 0,5°C ısı kaybı olmalıdır.
5. Duvarları çift cidarlı, izolasyon amaçlı arasında poliüretan köpük olmalıdır.
6. Dışı darbeye dayanıklı Polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün üstten yüklemeli ve üstten kapaklı olmalıdır.
8. Kendiliğinden açılmasını engelleyen mekanizma olmalıdır.
9. Ürün en az iki yıl garantili olacaktır.
10. Ürün CE veya TSE belgeli olacaktır.
11. Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
12. Üst kapak her iki yana doğru açılabilmelidir.
13. Taşıma çantasının rengi mavi, kırmızı veya turuncu olmalıdır.
14. Organ taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır.
15. Organ taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
16. Hacmi en az 24 litre \pm 2, en çok 30 litre \pm 2 olmalıdır.
17. Kolay taşınması için kulpu bulunmalı ve gizlenecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2-) Tıbbi Atık Kovası Teknik Şartnamesi

1. En az 30 litre, en fazla 50 litre olmalıdır.
2. Tıbbi atık kovasının iç yüzeyleri yükleme - boşaltma sırasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermemelidir.
3. Tıbbi atık kovasının kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulabilmelidir. Kapaklar, ürünün içine herhangi bir böcek girmeyecek şekilde ve ayakla basmalı pedallı açılır kapak şeklinde dizayn ve inşa edilmiş olmalıdır.
4. Tıbbi atık kovasının dış yüzeyi turuncu veya kırmızı renge boyanmış, üzerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli " Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış " Dikkat Tıbbi Atık " ibaresi bulunmalıdır.
5. Tıbbi atık kovası, Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, kapaklı ve kapakları kilitlenir olmalıdır.
6. Ürün en az iki yıl garantili olacaktır.
7. Ürün CE veya TSE belgeli olacaktır.


Mustafa Bucak


AHT Orhan Yiğit


Hakan Demirey