

**ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT AMBULANS VE ACİL SAĞLIK
ARAÇLARINDAKİ KUVÖZLERDE KULLANILAN
MEDİKAL KURU HAVA GAZI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

MADDE 1- AMAÇ;

Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarındaki kuvözlerde kullanılan medikal kuru hava gazı hizmeti alımıdır.

MADDE 2- KAPSAM;

Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarındaki kuvözlerde kullanılan medikal kuru hava gazı ihtiyacının sağlanması.

MADDE 3- TANIMLAR;

HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ: Bu teknik şartname kapsamında yapılacak medikal kuru hava gazının temininde uyulacak genel şartnameyi,

MEDİKAL KURU HAVA GAZI TÜPLERİ: Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarındaki kuvözlerde kullanılan medikal kuru hava gazı ihtiyacı.

İDARE: Ankara İl Sağlık Müdürlüğünü

YÜKLENİCİ: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli

ÜRETİCİ FİRMA: Bu teknik şartname kapsamındaki medikal kuru hava gazının teminini sağlayan firma,

ALT YÜKLENİCİ: Bu teknik şartname kapsamındaki medikal kuru hava gazının teminini sağlamak için istekli tarafından idareye bildirilmiş özel veya kişiliğe sahip kuruluş

PERİYODİK BAKIM: Medikal kuru hava gazının temininin sağlanmaya başlamasından itibaren kullanıma bağlı olarak belirli periyotlarla yapılması gereken parça değişim ve bakım işleri

ARIZA: Medikal kuru hava gazının temini esnasında veya daha sonrasında tespit edilen, kullanıma engel her türlü sorunlar,

TAMİR BAKIM VE ONARIM: Medikal kuru hava gazının temini işini aksatacak bir arızası belirlendiğinde bunun giderilmesi için yapılacak sökmeye, takma, yenileme düzeltme ölçme, ayarlama, test etme gibi işçilik ve parça değiştirme işlemine,

KONTROL (KONTROLLÜK): İdare tarafından görevlendirilen ve medikal kuru hava gazının temini işlerini denetimi için bir kişi veya bir komisyon aracılığı ile yapılan kontrol faaliyetini,

M





İHTİYAÇ: İçerisi medikal kuru hava gazı dolu tüpler

MADDE 4- FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

MEDİKAL KURU HAVA GAZI İÇİN;

4.1. Yüklenici medikal kuru hava gazını kendine ait tüplerle temin edecektir.

4.2. Medikal kuru hava gazı 10 litre su hacimli tüplerle sağlanacak, basınçları 150 Bar'dan aşağı olmayacaktır. Tüp içerisindeki gaz miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

GAZ CİNSİ	TÜP HACMİ (LT)	BASINÇ(BAR)	GAZ MİKTARI(M3)
KURU HAVA GAZI	10	150	1.50

4.3. Yüklenici medikal kuru hava gazını İl Ambulans Servisi Başhekimliğine 10 litre su hacimli 225 bar test basıncına dayanıklı uygunluk belgesine sahip tüplerle temin edecektir.


4.4. Yüklenici medikal kuru hava gazını sağladığı tüplerin ventilleri, TS 1520'ye uygun olarak R 5/8 dişi dış yapısında olacaktır.

4.5. İhtiyaç eskimiş, aşınmış, kullanılmaz hale gelmiş, kelebek, çekirdek, pul vb. gibi ekipmanları eksik veya arızalı, boyaeri eskimiş veya boyasız, üzerindeki bilgiler okunmayan tüplerle karşılanmayacaktır.

4.6. Medikal kuru hava gazı tedarik edecek yüklenici TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olduğunu belgelendirecektir.

MADDE 5- TEKLİFLE BİRLİKTE İSTENEN DÖKÜMANLAR;

Medikal kuru hava gazının teknik özellikleri bölümünde yer alan TSE belgeleri, ilgili standartlar gereği belgeler, izin ve ruhsatları ibraz etmeleri gerekmektedir.



MADDE 6- GENEL HUSUSLAR;

6.1. Firmalar şartname maddelerinin tümünü kabul etmiş sayılacaktır.

6.2. Medikal kuru hava gazı teminini yapacak yüklenici, ihtiyacın bildiriminden itibaren tüpleri; Demetgül Mah. 408. Cad. (eski 1. Cad.) no: 29 Demetevler adresinden (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi) getirecek, bildirim saatinden itibaren en geç 12 saat içinde talebi aynı adrese teslim edecektir.

6.3. Medikal kuru hava gazı tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş olduğunu belgelendirecektir.

6.4. Tüp rengi TS 3402 standartlarına uygun olacaktır.

6.5. Medikal kuru hava gazı ihtiyacının ikmalı sırasında meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

6.6. Olağan dışı durumlarda ve resmi tatil günlerinde hizmeti aksatmayacak şekilde ihtiyaca binaen talepleri karşılayacaktır.

6.7. Gün içerisinde medikal kuru hava gazı olağandan fazla kullanılması durumunda tedariki istenildiğinde yüklenici ihtiyacı karşılayacaktır.

6.8. İdarenin gösterdiği yere ihtiyacın teslimi anında veya teslimi yapıldıktan sonra boş çıkması durumunda, yüklenici ihtiyacı karşılayamamış sayılacaktır.

6.9. Numune muayenesi için test yapılması istenildiğinde muayene giderleri firma tarafından karşılanacaktır.

6.10. Yüklenici ibraz etmek zorunda olduğu ilgili dokümanların üzerinde, şartnamenin hangi maddesi ve alt maddesine ait olduğunu belirtecektir.

6.11. "10.09.2015 tarih 29471 sayılı Medikal Gazların Üretim ve Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkındaki Tebliğ" kapsamında gerekli izinleri; İl Sağlık Müdürlüğü (depolama ve satış) veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (üretim ve dolum) almış olduğunu belgelendirecektir.

6.12. Medikal kuru hava gazı, 1. Dereceden insan yaşamı ile ilgili olup yüklenici üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerinin korunmasını taahhüt edecektir.

6.13. Medikal kuru hava gazı tüplerinin üzerinde gazın cinsini bildirir etiket bulunacak, tüplerin imal tarihi, üretici firma adı, test basıncı, son test tarihi açık bir şekilde yazılı olacaktır.

6.14. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerli olacaktır.


M





- 6.15. Yüklenici Medikal kuru hava gazıyla ilgili yükleme ve nakliye işlerini Trafik Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak kendileri yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
- 6.16. Medikal kuru hava gazı ihtiyacımızı karşılayan yükleniciye ait tüplerin periyodik bakımları ve gerekli durumlarda (Fiziki yıpranma, delinme, metal yorgunluğu, miadı dolan, vb.) testlerini yaptıklarına dair belgelerini, idare tarafından görevlendirilen komisyona teslim edecektir.
- 6.17. İdarenin ihtiyacı olan medikal kuru hava gazı dolu tüplerin, idarenin göstereceği yere istiflenmesi işi yükleniciye ait olacaktır.
- 6.18. Medikal kuru hava gazı tüpleri TS EN 1968 'kullanımdaki çelik tüplerin (basınçlı gazlar için) periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri kuralları' standardına göre periyodik muayene ve test işleminden geçirilecektir. Yüklenici firmalar bu standartla ilgili Bakanlıkça verilmiş bulunan Yetki Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- 6.19. İhale tarihinden itibaren medikal kuru hava gazı tüplerini Hidro Statik Basınç testi ve test sonuçlarını belgelendirecektir.

MADDE 7- TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;

Medikal kuru hava gazlarının ikmalî yüklenici tarafından sağlanacaktır. İdarenin ilgili birimlerince faksla yapılacak talepler yüklenici tarafından bildirim yapılmasından itibaren resmi tatil ve bayram günleri de dâhil olmak üzere en geç 12 saat içerisinde karşılanacaktır.


Mustafa BUCAK


Omer YILDIZ


Fatih KARACA